2010-03-31

ROLAND CARLBERG
Processystem AB

PULVERTEKNIK
VÄTSKETEKNIK
FÖRPACKNINGSMASKINER

Till våra kunder
med Huber-maskiner

Viktig information om termo-oljor från Huber

DW-Therm-HT
Denna olja får INTE användas i maskiner utrustad med någon form av kylkompressor, på grund av den höga viskositeten vid låga temperaturer. Den får EJ heller användas i öppna system. Denna olja bryts ner fort om den kommer i kontakt med luft vid höga temperaturer. OM den används i en Unistat så rekommenderar Huber att ett speciallock med kvävgasbarriär används i siktglaset. Kylkompressorn måste ALLTID vara avstängd. (Compressor automatic)

P20.190.40 och **P20.275.50**
Dessa två oljor får INTE användas i maskiner utrustad med någon form av kylkompressor, på grund av den höga viskositeten vid låga temperaturer. OM dessa oljor används i en Unistat så rekommenderas speciallock med kvävgasbarriär i siktglaset. Kylkompressorn måste ALLTID vara avstängd. (Compressor automatic)

DW-Therm får endast användas i Unistat-maskiner och endast med externt slutna system. Speciallock med kvävgasbarriär i siktglaset rekommenderas.
DW-Therm får EJ användas i system där den kan komma i kontakt med koppar, mässing, zink eller andra reaktiva metaller. All rördragning och alla kärl etc. bör vara i glas eller rostfritt stål. DW-Therm bryts ner fort om den exponeras för fukt eller öppen atmosfär. Etanol har en nedbrytande effekt och sänker kokpunkten kraftigt. Smuts och föroreningar i systemet påskyndar nedbrytningen.

M10.155.08 och M10.120.08 är en syntetisk oljor, som angriper packningarna i maskiner av typen Unichiller (EPDM). Denna olja får alltså INTE användas i maskiner där EPDM används i pump-packningar, exempelvis standard Huber Unichiller med Wilo-pump. Oljan kommer framöver att förses med gula varnings-etiketter.

Speciallock för kvägasbarriär

Vid tveksamheter och vid behov av mer information, tex. om kvägasbarriär, vänligen kontakta oss enligt nedan.

Med vänlig hälsning
Roland Carlberg Processystem AB

Mats Rolander
m.rolander@rcprocess.se
031-85 04 65

Henrik Lännerbo
h.lannerbo@rcprocess.se
031-85 04 63